LUDLUM

Ludlum 26-1

Handhållen kontaminationsmätare

Ludlum 26-1 – handhållen kontaminationsmätare från Ludlum Measurements. Detektor: Pancake GM. Kapslingsklass och villkor: IP53.



Detektor	Kapslingsklass och villkor	Vikt enligt datablad
Pancake GM [1]	**IP53** [1]	**0,45 kg** [1]

Specifikationer

DETEKTOR

Detektor	Pancake GM	[1]
Fönsterarea	Aktiv: 15,51 cm²; öppen: 12,26 cm²	[2]

PRESTANDA

Linjäritet	±10%	[1]
Upplösningstid	Cirka 110 µs enligt IEC 60325	[1]

MÄTOMRÅDE

Responstid	Användarvalbart från 1 till 60 sekunder, eller automatisk respons FAST eller SLOW	[1]

ANSLUTNING & GRÄNSSNITT

Visningsområde	0,00 cps–19,9 kcps; 0,00 cpm–999 kcpm; 0,00 Bq–19,9 kBq; 0,00 dpm–999 kdpm; 0,00–500 mR/h; 0,000–1 999 µSv/h	[1]

STRÖM & BATTERI

Strömförsörjning	Två AA-batterier	[1]
Batteritid och villkor	Cirka 1 000 timmars drift (ned till 500 timmar med bakgrundsbelysningen inställd på 'Continuous On')	[2]

MEKANIK

Mått (H × B × L)	4,6 × 6,9 × 27,2 cm	[1]
Vikt enligt datablad	0,45 kg	[1]

MILJÖ & KLASSNING

Drifttemperatur	-20 till 50 °C	[1]
Kapslingsklass och villkor	IP53	[1]

BESTÄLLNING & TILLBEHÖR

Artikelnummer	48-3965	[1]

ALLMÄNT

Dosfilter	Tillval	[1]

Källor

[1] **Model 26-1 Series – Integrated Frisker**
Ludlum Measurements · product-page · Specifications tab, 'Detector'; Specifications tab, 'Linearity'; Specifications tab, 'Power' · kontrollerad 2026-10-16
https://ludlums.com/products/all-products/product/model-26-1-series

[2] **Model 26-1 & 26-1DOSE – Integrated Frisker (data sheet, 0426)**
Ludlum Measurements · datasheet · p. 2, Specifications, 'Battery Life'; p. 2, Specifications, 'Window Area' · kontrollerad 2026-10-16
https://ludlums.com/images/data_sheets/M26-1_Series.pdf

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.